

Geachte heer Depondt, geachte heer Boogaard,

Conform afspraak hebben wij mondkmaskers van Medprotex BV laten beoordelen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Na positieve visuele beoordeling werden de maskers enkel verpakt (zie foto IMG_2073).

Centrale inkoop van MUMC+ heeft de verzending van de monsters verzorgd. Op die manier konden wij gebaande paden volgen en daardoor kon er tijds winst geboekt worden. Beoordeeld werden 10 mondkmaskers van het type 1.0-2R/FFP2-200418 (codering fabrikant) met productie datum 8-4-2020. De beoordelingscode van LCH luidt Z053.

Bijgaand geef ik de resultaten van de beoordeling door het LCH integraal weer. De productcode, die inmiddels aan het product is toegekend, is door AMIBM ingevoegd:

Datum beoordeling: 16-4-2020

Z-nummer: Z053

Afzender: MUMC+

Productnaam of naam fabrikant: 1.0-2R/FFP2-200418, Medprotex BV

Waterkolomtest

Er worden twee maskers getest, deze worden in drie stroken geknipt en gemeten.

Meting	Resultaat
1	112
2	115
3	105
4	104
5	108
6	100
Gemiddelde	107.3
Standaarddeviatie	5.5

Uitslag waterkolomtest: PASS

Eindbeoordeling

X en Z nummers (FFP mondmaskers)

Datum	17-4-2020
Nummer	Z053
Afzender	MUMC+, Roy van Dijk
Productnaam of naam fabrikant:	1.0-2R/FFP2-200418, Medprotex BV
Productiedatum	8-4-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP-2 filterdoek

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0.3	97.9	P2
0.5	99.4	P3
Algemene bevindingen: Goed filterdoek, voldoet zeker aan FFP2		

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

Advies aankopen/gebruiken: JA

Voor uw informatie zijn de originele beoordelingsformulieren Z053 bijgevoegd. Aangezien de beoordeling heeft plaatsgevonden door specialisten binnen het LCH, kan AMIBM daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen. AMIBM garandeert uiterste zorgvuldigheid in acht genomen te hebben bij het koppelen van de LCH beoordeling aan de mondkappen van type 1.0-2R/FFP2-200418, Medprotex BV. Vier referentie-mondkappen van dit type en deze charge worden in ons laboratorium bewaard.

Wij wensen u veel succes met deze gunstige beoordeling.

Vriendelijke groet,
Richard Ramakers

Dr. ir. Richard Ramakers

Managing Director Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials
Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167RD Geleen, Netherlands

Geschäftsführer Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials e.V.
An-Institut der RWTH Aachen University
Forckenbeckstr. 55; 52074 Aachen, Germany

richard.ramakers@maastrichtuniversity.nl
richard.ramakers@amibm.de

www.maastrichtuniversity.nl
www.rwth-aachen.de

www.amibm.nl
www.amibm.de

T +31 433 882 208 / +31 433 882 296 (secretary)
M +31 681 130 077 (direct)

Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) is a joint institute of Maastricht University, RWTH Aachen University and Fraunhofer IME

Disclaimer <http://www.maastrichtuniversity.nl/disclaimer>



Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.